

# 定期点検成績書

点検者  
米村

点検日時	2023年 5月 18日 10:00 ~ 10:30	周囲温度	20 °C
製品名	フリーザ付薬用保冷庫	品番	MPR-214F
製造番号	090255	設置施設名	恵愛会中村病院
ご依頼者	様	設置先住所	大分県別府市秋葉町8-24
電話番号	0977-23-3121		

検査項目	点検内容・判定条件	結果	判定
事前確認	点検内容説明	電源を切ることや扉を開ける作業があることを事前にお客様に説明すること	実施済 未実施
設置状態	設置環境	風通しが良く、埃の無い場所であること	適 否
		直射日光が当たらないこと	適 否
電源	電源電圧	100V±10%以内であること	適 (105 V) 否
	電源接続	電源供給元(コンセント等)に確実に接続されていること	適 否
	電源コード	電源プラグや電源コードに異常が無いこと	適 否
温度	設定温度確認(保冷庫)	点検開始前の設定温度を記入する	5 °C
	表示温度確認(保冷庫)	点検開始前の表示温度を記入する	4 °C
	設定温度確認(フリーザー)	点検開始前の設定温度を記入する	-25 °C
	表示温度確認(フリーザー)	点検開始前の表示温度を記入する	-25 °C
電装	総合絶縁抵抗	機器の絶縁抵抗を測定する(電源スイッチのある製品はONの状態で行う) DC500Vメガーにて30MΩ以上であること	適 (∞ MΩ) 否
	起動リレー	端子部の緩みが無いこと	適 否
	過負荷リレー	端子部の緩みが無いこと	適 否
	温調リレー	端子部の緩みが無いこと	適 否
	起動コンデンサ	端子部の緩みが無いこと、端子間に汚れ、ほこりの無いこと	適 否
	運転コンデンサ	端子部の緩みが無いこと、端子間に汚れ、ほこりの無いこと	適 否
	スイッチ類	電源スイッチ、蛍光灯スイッチ、ドアスイッチが正常に動作すること	適 否
	ドアチェックランプ	正常に点灯すること	適 否
	ファンモーター(凝縮器用)	正常に動作していること	適 否
	ファンモーター(庫内用)	正常に動作していること	適 否
	蛍光灯	正常に点灯すること	適 否
	庫内灯	正常に点灯すること	適 否
冷凍回路	圧縮機	異常音、異常振動、油のにじみが無いこと	適 否
	凝縮器	埃詰まりが無いこと	適 否
	冷媒配管	冷媒配管の接続箇所にオイルにじみが無いこと	適 否
警報	警報リレー	端子部の緩みが無いこと	適 否
	停電警報	停電警報が正常に動作すること	適 否
	停電警報用バッテリー	電圧測定を行い4.8V以上であること(交換推奨期間:3年)	適 ( V) 否
		新品への交換時は、基板からバッテリーへの充電電圧が4.8V以上あること	適 否
	警報ブザー	高温警報時にブザーが鳴ること(設定されている遅延時間に応じた動作)	適 否
	警報ランプ	高温警報時に点灯すること	適 否
遠隔警報	遠隔警報接点が正常に動作すること	適 否	
扉	扉	開閉がスムーズであること	適 否
	扉パッキン	隙間、破れ、変形が無いこと	適 否
その他	ドレン	ドレンホースの詰まりや、ドレンパンの割れが無いこと	適 否
	自己温度記録計	正常に記録していること(乾電池の交換は1年ごとに実施)(バッテリーの交換は3年ごとに実施)	適 否

報告事項  
機器の異常はありませんでした。

上記点検が完了したことを認めます。  
ご署名 吉川 弘美 (印)  
2023年 5月 18日