

発行日 2023年5月18日
発行番号 23-05032-1

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 医療法人恵愛会 中村病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社 徳島製)
形式 (Model No) RTR-503
製造番号 (Serial No) 52BC283F
管理番号 (Management No) 20869
校正年月日 (Date) 2023年5月17日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2023年8月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7103F	2023年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111

発行日 2023年5月18日
発行番号 23-05032-2

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 医療法人恵愛会 中村病院 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (糊テイント[®]テイ製)
形式 (Model No) RTR-507
製造番号 (Serial No) 52C605E6
管理番号 (Management No) 20870
校正年月日 (Date) 2023年5月17日

上記製品は、品質管理の国際規格ISO9001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2023年8月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7100F	2023年8月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18

校正サービス課 TEL 0263-25-3111

