

医療法人恵愛会 中村病院 臨床検査基準値一覧

臨床検査項目	基準値	単位	使用機器名(製造会社名)	臨床検査項目	基準値	単位	使用機器名(製造会社名)	尿定性検査	基準値	
GOT	8-38	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	RA	0-18	IU/ml	TAB-120FR (TOSHIBA)	蛋白	≦ ±	
GPT	4-35	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	CRP	0.0-0.3	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	糖	≦ ±	
ALP	104-338	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	CRP定性	(-)		TAB-120FR (TOSHIBA)	ウロビリノーゲン	0.1	
LDH	84-236	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	ASLO	0-166	IU/ml	TAB-120FR (TOSHIBA)	潜血	(-)	
LAP	75-170	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	WBC	M 34-94 F 32-80	10 ² /ul	ABX Pentra XL80 (HORIBA)	ウロビリノーゲン (Erlich単位/dl)	(-)	
γ-GTP	0-70	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	RBC	M 401-558 F 376-503	10 ⁴ /ul	ABX Pentra XL80 (HORIBA)		0.1~1.0	(±)
CH-E	179-460	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	HGB	M 13.5-17.5 F 11.6-15.2	g/dl	ABX Pentra XL80 (HORIBA)		2	(+)
T-Bil	0.3-1.0	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	HCT	M 40.7-52.2 F 36.5-46.5	%	ABX Pentra XL80 (HORIBA)		4	(2+)
D-Bil	0.0-0.3	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	MCV	M 88-103 F 86-100	fl	ABX Pentra XL80 (HORIBA)		8	(3+)
TP	6.4-8.1	g/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	MCH	M 29.5-35.0 F 28.1-34.0	Pg	ABX Pentra XL80 (HORIBA)		尿検査について、定量値を上記の通り読み替えます。	
ALB	3.7-5.2	g/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	MCHC	M 31.6-35.3 F 30.8-35.1	%	ABX Pentra XL80 (HORIBA)			
A/G比				PLT	16.0-35.0	10 ⁴ /ul	ABX Pentra XL80 (HORIBA)			
BUN	8-20	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	ABO式						
CRTN	0.8-1.5	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	Rh(D)式						
Na	135-147	mEq/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	NEU	40.0-74.0	%	ABX Pentra XL80 (HORIBA)			
K	3.6-5.5	mEq/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	LYM	18.0-59.0	%	ABX Pentra XL80 (HORIBA)			
Cl	98-108	mEq/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	MON	0.0-8.0	%	ABX Pentra XL80 (HORIBA)			
Ca	8.6-10.6	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	EOS	0.0-6.0	%	ABX Pentra XL80 (HORIBA)			
P	2.4-4.3	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	BAS	0.0-2.0	%	ABX Pentra XL80 (HORIBA)			
Fe	M 54-181 F 43-172	μg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	ALY						
UIBC	M 111-255 F 137-325	μg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	LIC						
TIBC	M 231-385 F 251-398	μg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	PT	10.5-13.5	秒	CA-530 (Sysmex)			
AMY	33-96	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	PT(%)	70-130	%	CA-530 (Sysmex)			
Glu	65-105	mg/dl	SYNCHRON CX-3Δ (BECKMAN)	PT(INR)			CA-530 (Sysmex)			
HbA1c (JDS)	4.3-5.7	%	ADAMS-A1cHA-8170(アークレイ)	APTT	23-40	秒	CA-530 (Sysmex)			
HbA1c (NGSP)	4.6-6.1	%	ADAMS-A1cHA-8170(アークレイ)	フィブリノーゲン	150-400	mg/dl	CA-530 (Sysmex)			
ZTT	0-5	KU	TAB-120FR (TOSHIBA)	トロンボテスト	70-130	%	CA-530 (Sysmex)			
TG	40-150	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	全血凝固時間	105-170	秒				
β-LIPO	191-603	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	出血時間	0-5	分秒				
T-CHO	150-219	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	RPR	(-)		PAMIA-40i (Sysmex)			
HDL-CHO	41-92	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	TPHA	(-)		PAMIA-40i (Sysmex)			
LDL-CHO	70-139	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)	HBsAg	(-)		PAMIA-40i (Sysmex)			
フェリチン	M 50-200 F 12-60	ng/ml	TAB-120FR (TOSHIBA)	HCVAb	(-)		PAMIA-40i (Sysmex)			
CPK	M 58-348 F 29-145	IU/L	TAB-120FR (TOSHIBA)	PSA	4.0以下	ng/ml	PAMIA-40i (Sysmex)			
UA	M 3.7-6.9 F 2.4-5.3	mg/dl	TAB-120FR (TOSHIBA)							